

## Załącznik Nr 2

## 1. PAKIET NR IV. Odczynniki do równowagi kwasowo-zasadowej (RKZ) i części zamienne do aparatu RAPIDLAB 248

Lp.	Nazwa odczynnika	j.m.	Nazwa handlowa	Producent/ nr katalogowy	Wielkość opakowania	Szacowana ilość opakowań/ zestawów/ szt na 36 m-cy	Cena 1 opakowania /zestawu netto	Stawka podatku VAT	Cena 1 opakowania /zestawu brutto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bufory kalibrujące 6,8/7,3 4 x bufor 6,8 4 x bufor 7,3	opakowania			4 zestawy po: 1 x 90 ml 1 x 370ml	15						
2	Płyny płuczaco – kondycjonujące i odbiałczające	opakowania			4 zestawy po: 1 x 450 ml 1 x 2,5ml 1 x 2,5 ml	30						
3	Kontrola jakości – poziom 1	opakowania			30 amp x 2,5 ml	12						
4	Kontrola jakości – poziom 2	opakowania			30 amp x 2,5 ml	12						
5	Kontrola jakości – poziom 3	opakowania			30 amp x 2,5 ml	12						
6	Płyn do napełniania elektrody referencyjnej	opakowania			4 szt (4 x 2,5 ml)	3						
7	Płyn do napełniania elektrody pH	opakowania			3 szt (3 x 2,5 ml)	3						
8	Kaseta czujnika referencyjnego	szt.				1						
9	Zestaw sonda i obsada	zestaw				1						
10	Elektroda pO <sub>2</sub>	szt.				2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Zestaw wężyków pompek próbki i odczynnika	zestaw				9						
12	Elektroda pCO <sub>2</sub>	szt				2						
13	Elektroda pH	szt.				2						
14	Element wewnętrzny elektrody referencyjnej	szt.				1						
15	Elektroda referencyjna	szt.				1						
16	Kapilary z heparyną litową o pojemności 100 $\mu$ l	szt.			100	12						
17	Zatyczki do kapilar	szt.			100 lub 200	24 lub 12						
18	Mieszadélka do kapilar	szt.			100	12						
19	Strzykawki	szt.			200	1						
<b>RAZEM</b>												

## Warunki graniczne:

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki i materiały kontrolne były od jednego producenta.
2. Oferent wraz z ofertą musi dostarczyć oświadczenie producenta aparatu, że zaoferowane odczynniki nie uszkadzają toru pomiarowego.
3. Oferent musi zapewnić autoryzowany serwis aparatu.
4. Oferowane odczynniki nie powodują utraty gwarancji elektrod (przedstawić pisemne oświadczenie producenta aparatu).
5. Odczynniki muszą mieć udokumentowaną walidację na danym aparacie (przedstawić odpowiedni dokument lub oświadczenie).
6. Zaoferowane odczynniki powinny mieć aplikację na wymieniony aparat.

7. Oferent powinien dołączyć do oferty ulotki opisujące oferowane odczynniki w języku polskim oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych występujących w oferowanych odczynnikach.
8. Instrukcje oraz karty wymienione w pkt 7 należy dostarczyć wraz z ofertą.

**Oferta nie spełniająca warunków granicznych zostanie odrzucona.**

Potwierdzam prawdziwość zawartych powyżej danych (podpis wykonawcy)