

**ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY***Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**63 – 100 ŚREM, ul. Promenada 7**tel. ( 0-61 ) 283-52-67, fax( 0-61 ) 283-77-38*

Śrem, dnia 26.06.2008r.

**Wykonawcy  
którzy pobrali SIWZ****Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
nieograniczonego na dostawę łóżek i szafek do ZPO w Śremie****W nawiązaniu do zapytania dotyczącego wyjaśnienia SIWZ otrzymanego od jednego  
z Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  
przedstawiam wyjaśnienia:****1. Dot. Szafka przyłóżkowa drewniana**

Czy Zamawiający dopuści szafki wykonane z płyty wiórowej laminowanej odpornej na wilgoć i środki dezynfekujące?

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający nie dopuści szafek wykonanych z płyty wiórowej laminowanej .**

**2. Dot. łóżko rehabilitacyjne bez odbojników:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko którego max. szerokość całkowita wynosi 960 mm?

**ODPOWIEDŹ:**

**Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy mieści się w obiekcie zabytkowym objętym nadzorem konserwatorskim. W salach chorych oddziału, który ma być wyposażony w zamawiane łóżka są zabytkowe drzwi, których nie można poszerzyć. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza dostawy szerszych łóżek.**

**3. Dot. łóżka rehabilitacyjne elektryczne:**

Czy Zamawiający dopuści okres gwarancji – 36 miesięcy

**ODPOWIEDŹ:**

Nie, gdyż zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na łóżka rehabilitacyjne elektryczne wynosił nie mniej niż 60 miesięcy.