ZESTAWIENIE – przedmiot zamówienia

1.	Szafka przyłóżkowa drewniana (załącznik nr 2 str 2)	szt.	5
2.	Szafka przyłóżkowa drewniana (załącznik nr 2 str 3)	szt.	42
3.	Łóżko rehabilitacyjne (załącznik nr 2 str 4)	szt.	36
4.	Łóżko rehabilitacyjne elektryczne (załącznik nr 2 str 5)	szt.	4
5.	Wieszak do kroplówki	szt	2
6.	Uchwyt ręki	szt	2

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA DREWNIANA
sztuk: 5
Producent: .....
Oferowany model: .....

LP	*OPIS*	*PARAMETRY WYMAGANE*	*PARAMETRY OFEROWANE (OPISAĆ)*
1.	Szafka przeznaczona do wyposażenia sal chorych w placówkach służby zdrowia – kolor olcha	TAK	
2.	Konstrukcja szafki wykonana z płyty MDF	TAK	
3.	Szafka z dwustronnie otwieranymi drzwiczkami	TAK	
4.	Szafka wyposażona w blat boczny o regulowanej wysokości (od poziomu wysokości szafki – w dół)	TAK	
5.	Szafka wyposażona w cztery kola z czego dwa wyposażone w blokadę (kółka z białej gumy)	TAK	
6.	Szafka wyposażona w wysuwaną w dwie strony szufladą	TAK	
7.	Wymiary szafki: Szerokość: 500 mm Głębokość: 410 mm Wysokość: 850 mm	TAK podać	
8.	Szafka wyposażona w półkę na obuwie z nierdzewnej siatki zamontowaną pod szafką	TAK	
9.	Szafka wyposażona w wieszak na ręczniki (pręt ze stali nierdzewnej) zamontowany z boku szafki	TAK	
10.	Szafka wyposażona w koszyczek o wymiarach +/- 300 mm szerokości i 100 mm głębokości zamontowany na drzwiczkach szafki od strony wewnętrznej, w dolnej części	TAK	
11.	Wszystkie uchwyty metalowe	TAK	
12.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
13.	Montaż	TAK	
14.	Szkolenie personelu przy odbiorze technicznym produktów	TAK	
15.	Aktualny certyfikat zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych	TAK	
16.	Gwarancja 24 miesiące	TAK	

Załącznik do SIWZ nr 2 str 3

Przedmiot zamówienia: SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA DREWNIANA
sztuk: 42
Producent: .....
Oferowany model: .....

LP	*OPIS*	*PARAMETRY WYMAGANE*	*PARAMETRY OFEROWANE (OPISAĆ)*
1.	Szafka przeznaczona do wyposażenia sal chorych w placówkach służby zdrowia – kolor olcha	TAK	
2.	Konstrukcja szafki wykonana z płyty MDF	TAK	
3.	Szafka z jednostronnie otwieranymi drzwiczkami i szufladą na całej wysokości szafki, z półką w środku, bez otwartej wnęki	TAK	
4.	Szafka wyposażona w cztery kola z czego dwa wyposażone w blokadę (kółka z białej gumy)	TAK	
5.	Szafka wyposażona w wysuwaną w jedną stronę szufladę	TAK	
6.	Wymiary szafki: Szerokość: 500 mm Głębokość: 410 mm Wysokość: 850 mm	TAK podać	
7.	Szafka wyposażona w półkę na obuwie z nierdzewnej siatki zamontowaną pod szafką	TAK	
8.	Szafka wyposażona w wieszak na ręczniki (pręt ze stali nierdzewnej) zamontowany z tyłu szafki	TAK	
9.	Szafka wyposażona w koszyczek o wymiarach +/- 300 mm szerokości i 100 mm głębokości zamontowany na drzwiczkach szafki od strony wewnętrznej, w dolnej części	TAK	
10.	Wszystkie uchwyty metalowe	TAK	
11.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
12.	Montaż	TAK	
13.	Szkolenie personelu przy odbiorze technicznym produktów	TAK	
14.	Aktualny certyfikat zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych	TAK	
15.	Gwarancja 24 miesiące	TAK	

Załącznik do SIWZ Nr 2 str 4

Przedmiot zamówienia: ŁÓŻKO REHABILITACYJNE <u>BEZ ODBOJNIKÓW</u>

Sztuk: 36
Producent:.....
Oferowany model:.....

LP	*OPIS*	*PARAMETRY WYMAGANE*	*PARAMETRY OFEROWANE (OPISAĆ)*
1.	Łóżko przeznaczono do wyposażenia sal szpitalnych w placówkach służby zdrowia	TAK	
2.	Szerokość całkowita od 850 mm do max 880mm	TAK podać	
3. 4,	Długość całkowita 2000mm Wysokość leża od podłogi 500mm	TAK podać Tak podać	
5.	Regulacja sekcji oparcia pleców odchylana za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie od 0º do 80º (+/- 5º)	TAK podać	
6.	Konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, poliesterowo - epoksydowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne	TAK	
7.	Szczyty odejmowane chromowane, wypełnienia szczytów wykonane z płyty MDF wykończonej okleiną PCV – kolor olcha	TAK	
8.	Leże dwu-segmentowe wypełnione metalową siatką montowaną na stałe.	TAK	
9.	Wyposażone w cztery koła z czego 2 z indywidualną blokadą (kółka z białej gumy)	TAK	
10.	Łóżko o wytrzymałości do min. 170 kg	TAK	
11	Wyposażenie łóżka: a) materac: - wymiary dostosowane do wymiarów łóżka, gr. 10 cm - wykonany z pianki poliuretanowej z pionowymi i poziomymi nacięciami (typ wafel) - powłoka z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, zapinana na zamek - wodoszczelność w mm. sł. wody > 3000 - powłoka odporna na dezynfekcje oraz zaginanie - materiał ma być odporny na : olej parafinowy oraz przesiąkanie cieczy (alkohol etylowy 70º , alkohol denaturowy, wodę utlenioną 3% itp.) - nacięcia w miejscu zagięć segmentów leża b) poręcze boczne chromowane składane c) możliwość montowania wieszaka do kroplówki oraz uchwytu ręki przy każdym łóżku.	TAK TAK TAK	

12.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
13.	Montaż	TAK	
14.	Szkolenie personelu przy odbiorze technicznym produktów	TAK	
15.	Aktualny certyfikat zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych	TAK	
16.	Gwarancja 24 miesiące	TAK	

Przedmiot zamówienia : ŁÓŻKO REHABILITACYJNE ELEKTRYCZNE

Sztuk : 4

Producent: .....

Oferowany model:.....

Łóżko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wysokości leża.
Wersja mobilna z systemem bezpiecznych poręczy bocznych oraz cztero-segmentowym leżem z trzema ruchomymi sekcjami. Zmiany położenia segmentu leża realizowane za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem kablowym. Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, w obudowie drewnianej. Łóżko wyposażone w cztery koła jezdne z blokadą centralną (kółka z białej gumy). Dodatkowe uchwyty z funkcją ogranicznika materaca w segmencie plecowym.

1.Materac przeciwodleżynowy z pompą dostosowany do wymiarów łóżka elektrycznego:
- a) wysokość materaca min. 12 cm,
- b) około 18-20 wymiennych komór poprzecznych – umieszczonych w kilkunastu rzędach, wykonanych z elastycznego poliuretanu, które powinny napełniać się i opróżniać na przemian co druga,
- c) wyposażony w wyłogi mocujące i mikrootwory dotleniające (air),
- d) pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem z możliwością mycia i dezynfekcji w temp. 95 ºC i suszenia w temp. 130ºC. ,
- e) pompa z manualną regulacją ciśnienia w zakresie od 25 do 80 mmHg(+/- 5mmHg,
- f) wydajność pompy nie mniejsza niż 8 1/min,
- g) czas trwania pełnego cyklu 10 min (+/- 2 min),
- h) pompa wyposazona w:
  - wizualny alarm spadku cisnienia
  - filtr mechaniczny
  - filtr antybakteryjny
  - zaczep do zawieszenia na łóżku
  - instrukcje obsługi w języku polskim na obudowie

2.Pozycja Trendelenburga do 17° (+/ – 5º)
3.Pozycja anty- Trendelenburga do 10° (+/ – 5º)
4.Regulacja segmentu pleców do 75° (+/ – 5º)
5.Regulacja segmentu uda do 45° (+/ – 5º)
6.Regulacja segmentu podudzia
7.Wymiary leża 90x200cm
8.Podstawowe wymiary materaca 83 x 198 cm
9.Nośność łóżka 180 kg
10.Wyposażenie dodatkowe - uchwyt ręki
11.Instrukcja obsługi w języku polskim**,**
12.Montaż,
13.Szkolenie personelu przy odbiorze technicznym produktów,
14.Aktualny certyfikat (zgodnie z Ustawa o wyrobach medycznych)
15.Gwarancja 36 miesięcy.

Uwaga: Wartość „TAK” w kolumnie „parametry wymagane” oznacza warunek graniczny, tym samym nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne, prospekty, zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Oświadczenie

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy