



## URZĄD GMINY UDANIN

55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870 fax./0-76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 11.05.2018

OS.271.2.17.2018

### *Wykonawcy*

*Dotyczy: Zapytania ofertowego na Dopuszczenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Udanin, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości*

W związku przesłaniem pytań do niniejszego zapytania Wójt Gminy Udanin publikuje treść pytania wraz z odpowiedziami.

Czy Zamawiający dopuszcza hydrożele inne niż WaterJel, np Burn Tec spełniające wszelkie parametry techniczne przewidziane dla tego typu opatrunków i dopuszczone do użytkowania przez rozporządzenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuszcza deskę ortopedyczną w kolorze żółtym bądź pomarańczowym o nominalnej nośności 315 kg ale mającej wyższe parametry pływalności od deski Iron Duck?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy AED:

Czy przy zachowaniu pozostałych parametrów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym tani w eksploatacji defibrylator renomowanej amerykańskiej firmy posiadający siedmioletnią baterię, zestaw konwertujący do trybu szkoleniowego, kartę SD do bezprzewodowego przenoszenia danych, stopień ochrony IP54 oraz osobne elektrody dla dzieci i dorosłych, które po podłączeniu automatycznie przełączają się do trybu pediatrycznego lub dla dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zestawu R1:

Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym plecaki i torby R1 z opatrunkami wentylowymi ACS oraz z ssakami Res-Q-Vac pojemnikiem o pojemności 300ml i dwoma cewnikami 3,5” i 14”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W opisie defibrylatora AED wskazują Państwo w wymaganiach na defibrylator FRx, który w chwili obecnej jest niedostępny w polskiej dystrybucji, co powoduje że dostarczenie go w wymaganym terminie jest niemożliwe. W związku z tym faktem zwracamy się prośbą o dopuszczenie jako spełniającego Państwa wymagania defibrylatora o parametrach nie gorszych niż wymagane w którym:

- konwersja do trybu pediatrycznego wykonywana jest specjalnym przełącznikiem (przycisk pediatryczny)

Przycisk ten zmienia tryb pracy na pediatryczny, redukując m.in. energię defibrylacji. Taki rozwiązanie pozwala zminimalizować koszty eksploatacji, a przede wszystkim zaoszczędzić cenny czas. Defibrylator nie wymaga podłączania dodatkowego specjalnego klucza pediatrycznego, dzięki czemu w czasie działań ratowniczych wykonując czynności ratunkowe pod presją czasu ratownicy nie będą musieli szukać klucza pediatrycznego aby wykonać czynności u dzieci.

- urządzenie wykonuje autotesty w cyklu codziennym, tygodniowym, miesięcznym

-- urządzenie wyposażone w tożsamy z oferowanym zestaw szkoleniowy.

Z praktycznego punktu widzenia wykorzystywanie defibrylatora podstawowego jako urządzenia treningowego jest bardzo ryzykownym rozwiązaniem. Ciągłe włączanie i wyłączanie defibrylatora klinicznego, podłączanie elektrod i inne czynności szkoleniowe powodują rozładowanie nieładownej baterii i obniżenie gotowości tego defibrylatora. Większość producentów defibrylatorów zaleca stosowanie odrębnego zestawu szkoleniowego – tożsamego z defibrylatorem klinicznym, dzięki czemu proces szkolenia i kształcenia nie obniża sprawności defibrylatora podstawowego.

- masa defibrylatora zgodna z wytycznymi KSRG lipiec 2013 tj < 3,5 kg

- gwarancja na defibrylator nie mniej niż 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

WÓJT  
  
Teresa Olkiewicz

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Zastocka

aleksandra.zastocka@udanin.pl